
Aparat de analiza bob intreg

I.D.: 24102391

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.11.17 | Coduri CPV | 38434000-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.11.17 | Pretul estimativ: | 76.820,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: Furnizarea unui aparat de analiza bob intreg pentru determinarea umiditatii, proteinei, indicelui de sedimentare, glutenului informativ. Caracteristici tehnici: alimentare-220V, 50Hz; afisaj-LCD color; volum minim de proba - 600ml; durata maxima de analiza - 50 secunde; Parametri determinati: umiditate, proteina, grasime, indice de sedimentare, gluten; Rezolutie inalta; acuratete ridicata; temperatura de lucru : 15-40 C; tiparire rezultate analize pe imprimanta integrata in aparat
