

---

## **Strip integrator pentru sterilizare la autoclav 134°C -7 min/ 121°C-20 min, Test Bowie Dick PACHET a**

I.D.: 75433624

---

Data publicarii 17.11.22

Coduri CPV

33198200-6

---

Pretul estimativ: 4.500,00 RON - 4.500,00 RON

---

Descriere: Monitorizează toți parametrii critici: timp, temperatură, absența aerului și calitatea aburului. Monitorizează toate ciclurile de sterilizare cu abur (121°C-132°C) și toți parametrii ciclului. Produsul detectează eventualele deficiente în funcționarea echipamentului sau greșeli în ceea ce privește tehnica împachetării materialelor supuse sterilizării. Indicator de culoare: de la roz la negru (dupa sterilizare). Cantitate minimă: 1 cutie (250 stripuri) Ambalare: 250 stripuri/cutie Fiecare indicator este marcat: numarul de lot, data fabricației și data expirării, Clasa 5, în conformitate cu ISO 11140-1. Termen de valabilitate : 4 ani de la data fabricării Cutie/250 stripuri TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARI, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. AMBALARE 20 TESTE BOWIE DICK / CUTIE.

---