
Achizitie serviciul de reparare echipament medical

I.D.: 93141516

Data publicarii	08.02.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.800,00 RON - 6.800,00 RON

Descriere: Serviciu de reparare si intretinere echipament medical -Serviciu de reparare si intretinere a echipamentului medical Verificarea serverului Power Edge T340 Verificarea NAS-ului Synology Disk Station DS 920 Conexiunea dintre serverul de PACS si NAS In urma verificarii s-a constatat o defectiune a bateriei CHOS, a serverului de PACS care provoaca restartul serverului in mod neplanificat. Se recomanda schimbarea acestei baterii . Configurarea statiei de lucru PixelData pentru a se putea tipari filme la imprimanta Konica Minolta.
