

## Pachet pipete de laborator conform ADV1158018

I.D.: 54984469

---

Data publicarii	08.03.21	Coduri CPV	38437000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.608,92 RON - 1.608,92 RON

---

Descriere: Pipete de laborator conform ADV1158018 Cod produs Denumire produs EASD-P50-001 "MICROPIPETA PARTIAL AUTOCLAVABILA 5 - 50 µl VOLUM VARIABIL Micropipeta cu volum variabil Greutate redusa, design ergonomic, sistem de impingere piston soft pentru a minimiza efortul. Transfer termic redus pentru partile componente interne, pentru o acuratete ridicata chiar si in cazul folosirii continue. Ajustarea volumului se face insotita de un semnal "click" pentru evitarea greselilor. Fiecare micropipeta a fost individual calibrata cf standardelor EN-ISO 8655 , sunt livrate cu un raport de calibrare si un numar de identificare Mecanism de ejectare varfuri Capacitate: 5 - 50 µl Diviziune: 0,5 µl Acuratete: ± 3% - 0,9% Precizie: ± 2% - 0,3% Producator Labbox" buc 2 EASD-1KP-001 "MICROPIPETA PARTIAL AUTOCLAVABILA 100 - 1000 µl VOLUM VARIABIL Micropipeta cu volum variabil Greutate redusa, design ergonomic, sistem de impingere piston soft pentru a minimiza efortul. Transfer termic redus pentru partile componente interne, pentru o acuratete ridicata chiar si in cazul folosirii continue. Ajustarea volumului se face insotita de un semnal "click" pentru evitarea greselilor. Fiecare micropipeta a fost individual calibrata cf standardelor EN-ISO 8655 , sunt livrate cu un raport de calibrare si un numar de identificare Mecanism de ejectare varfuri Capacitate: 100 - 1000 µl Diviziune: 5 µl Acuratete: ± 2% - 0,6% Precizie: ± 0

---