

Test indicator sterilizare Bowie Dick PACHET abur autoclav

I.D.: 47182666

Data publicarii	11.06.20	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	27,40 RON - 27,40 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Referat nr. 3129 din 9.06.2020 – Necesari materiale_L.D.I.S.P. Diagnostic Microbiologic; TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARI, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. PRETUL AFISAT/TEST BOWIE DICK PACHET