
REPARATIE ETUVA TITANOX - UPU STOMATOLOGIE

I.D.: 38213356

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.473,95 RON - 1.473,95 RON

Descriere: PRESUPUNE:CONSTATARE DEFECT,PRELUARE,DEPANARE,RETUR Inlocuire TERMOREGULATOR CU SENZOR TEMPERATURA TIM JU -BUC 1 Ilocuire INTRERUPATOR PRINCIPAL BUC 1 Inlocuire releu electronic SRS 20A BUC 1 Reparatie rezistenta electrica Inlocuire rigleta contacte electrice 1 buc Probe functionale.Testare cu LOGGER DE TEMPERATURA,Testare ELECTROSECURITATE. Prezenta tine loc de comanda ferma.
