

## Oxigenátor és csőkészlet beszerzése

I.D.: 89948847

Data publicarii 28.11.23 Coduri CPV 33100000 33186000

Termenul limita pentru depunere: 05.01.24 10:00

Descriere: Oxigenátor és csőkészlet beszerzése, 14 részbenA részenként előírt mennyiségektől – az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül – Ajánlatkérő +100 %-al (opcionális rész) eltérhet. [Kihelyezett áruraktár feltételei:- Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat (felhasznált áru br. értékének 2,5 %-a) számol fel Ajánlattevő részére,- a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként részenként az alábbi mennyiséget köteles Ajánlattevő leszállítani,1. rész: 1,7m<sup>2</sup>-1,9m<sup>2</sup> membrán felületű nyitott (gravitációs) oxymodulba integrált artériás filteres oxigenátor, 60 db2. rész: 2,2m<sup>2</sup>-2,5m<sup>2</sup> membrán felületű nyitott (gravitációs) oxymodulba integrált artériás filteres oxigenátor, 25 db3. rész: Csőkészlet Adult oxigenátorhoz, 80 db4. rész: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú NEONATAL OXIGENÁTOR 0,2m<sup>2</sup>-0,5m<sup>2</sup> membrán felülettel 0-7 tskg betegek részére, 12 db5. rész: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú INFANT OXIGENÁTOR 0,5m<sup>2</sup>-0,8m<sup>2</sup> membrán felülettel 7-15 tskg betegek részére, 16 db6. rész: Újszülött-csecsemő-gyermek kapilláris típusú PEDIATRIC OXIGENÁTOR 0,8m<sup>2</sup>-1,5m<sup>2</sup> membrán felülettel 15-40 tskg betegek részére, 8 db7. rész: Újszülöttek ECMO kezeléséhez szükséges szett, gyári, steril csomagolásban, ami tartalmaz egy Xenios ECMO modullal kompatibilis DP3 pumpafejet, egy polimetilpentén ECMO oxigenátort, integrált nyomásmérőket és egy antithrombotikus belső bevonattal ellátott csőkészletet használatra kész állapotban, feltöltőszettel gyárilag összerakva, 2 db8. rész: Gyermek ECMO kezeléséhez szükséges szett, gyári, steril csomagolásban, ami tartalmaz egy Xenios ECMO modullal kompatibilis DP3 pumpafejet, egy polimetilpentén ECMO oxigenátort, integrált nyomásmérőket és egy antithrombotikus belső bevonattal ellátott csőkészletet használatra kész állapotban, feltöltőszettel gyárilag összerakva, 2 db9. rész: Nagy gyerekek és felnőttek ECMO kezeléséhez szükséges szett, gyári, steril csomagolásban, ami tartalmaz egy Xenios ECMO modullal kompatibilis DP3 pumpafejet, egy polimetilpentén ECMO oxigenátort, integrált nyomásmérőket és egy antithrombotikus belső bevonattal ellátott csőkészletet használatra kész állapotban, feltöltőszettel gyárilag összerakva, 5 db10. rész: Csőkészlet, 3/16-1/4 O. Neonatal 0-4 tskg beteg részére, 10 db11. rész: Csőkészlet, 1/4-1/4 II. Infant 4-10 tskg beteg részére, 20 db12. rész: Csőkészlet, 1/4-3/8 III. Pediatric I. 10-20 tskg beteg részére, 10 db13. rész: 3/8-3/8 I: Pediatric II. 20-50 tskg beteg részére, 6 db14. rész: 3/8-1/2 V. Adult 50 tskg < feletti beteg részére, 6 db- A kihelyezett áruraktár első feltöltésének határideje az 1-2., 4-9. részek tekintetében: a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanap.- A kihelyezett áruraktár első feltöltésének határideje a 3., 10-14. részek tekintetében a Műszaki Leírásban, illetve a szerződéstervezet 2. pontjában foglaltak szerint.- Ajánlatkérő a lehívásokat általában kéthetente küldi meg Ajánlattevő részére, ettől eltérően a fogyás függvényében Ajánlatkérő jogosult rövidebb időközönként is lehívást eszközölni. - A kihelyezett áruraktár készletének pótlását Ajánlattevő az Ajánlatkérő részéről történő lejelentését (lehívási nyilatkozat megküldését) követően 3 munkanapon belül köteles elvégezni. -A soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül szállítási kötelezettség terheli Ajánlattevőt--Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles a kihelyezett áruraktár létesítése feltételeinek elfogadásáról. A nyilatkozat - hiánypótlási felhívást követő - hiányában az ajánlat érvénytelen.]] A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében kerülnek meghatározásra.

