

---

## **Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura inclus B Stearothermophilus**

I.D.: 69101942

---

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	33198200-6 33698000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	837,00 RON - 837,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10<sup>6</sup> - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 48 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA-MOV. IN CAZ CONTRAR, CULOAREA SE VA SCHIMBA IN GALBEN. DECLARATIE DE CONFORMITATE, NR. LOT, TERMEN VALABILITATE. AMBALARE: 100 FIOLE/CUTIE PRET AFISAT / FIOLA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII PUTETI ACCESA [www.axiomed.ro](http://www.axiomed.ro)

---