
Achizitia de echipamente de laborator: Balanta tehnica electronica de laborator -1 bucata.

I.D.: 16024381

Data publicarii	11.11.16	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.16	Pretul estimativ:	5.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Cerinte tehnice: Domeniu superior de masura: Minim 500g, max 1200 g Clasa de precizie: Minim 0.01g Sarcina minina: 20 mg. Reproductibilitate: 0.01g Calibrare interna automata Posibilitatea de reglare pentru compensarea vibratiilor sau a altor factori perturbatori. Unitati de masura disponibile: g, mg, kg Aducere si mentinere la zero (tara) Timp de stabilizare: max 4s Platan din otel inoxidabil. Afisaj LCD Temperatura de lucru: min +10...+40°C Alimentare: priza 220V. Balanta sa poata fi verificata metrologic conform cerintelor legale cu verificare metrologica initiala. Marcaj CE. Optional: interfata de comunicatie RS 232, USB.
