
Indicator biologic / indicatori biologici abur autoclav FIOLA -ofta +orl

I.D.: 67690259

Data publicarii	28.03.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.760,00 RON - 1.760,00 RON

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10⁶ - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 24 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA MOV. IN CAZ CONTRAR, CULOAREA SE VA SCHIMBA IN GALBEN AMBALARE: 100 FIOLE/CUTIE PRET AFISAT / FIOLA.
