

Naetom Alpha CT berendezés karbantartása

I.D.: 89446353

Data publicarii	13.11.23	Coduri CPV	50421000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Naetom Alpha CT berendezés (D/Top) és Sygno.Via (C/Top) szoftver átalánydíjas karbantartása 48 hónapon keresztül az Orvosi Képkalkotó Klinika részére (1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2.)1. Karbantartások elvégzése a gyártói előírásoknak megfelelően és minőségben az alábbiak szerint:- a berendezés tekintetében évente egy alkalommal teljes körű karbantartási tevékenység,- esetlegesen a felmerülő hibajavítás elvégzése, - telefonos támogatás biztosítása, - üzembiztonsági módosítás ellátása, amelyhez az ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges cserealkatrészeket beleértve vákuumtechnikai elemeket is,- biztosítja a távszervíz útján történő támogatást, - a szoftver esetében a gyártó által kibocsájtott és elérhető funkcióbővülés nélküli szoftverfrissítések telepítése (update), filerendszer karbantartása.- Villamos biztonságtechnikai mérés, mely az alábbi paraméterek mérését jelenti: földelési ellenállás, szigetelési ellenállás, földszivárgó áram, burkolati szivárgó áram, páciens szivárgó áram.2. Hibaelhárítás elvégzése, amely korlátlan számú hibaelhárítást tartalmaz.A szolgáltatások elvégzése során felmerülő valamennyi szükséges anyag ellenértékét, a munkadíjat, kiszállási költséget, járulékos költséget tartalmaz. A szolgáltató a hiba elhárítását munkanapokon a rendelkezésre állási idő figyelembevételével, távdiagnosztika segítségével 12 órán belül, helyszíni kiszállást igénylő hibaelhárítás esetén 24 órán belül megkezdi. Új alkatrész igény esetén a cserealkatrész biztosítása a bejelentéstől számított 48 órán belül megtörténik.Elvárt minimum éves üzembiztonság: min. 96 %Az elvégzendő tevékenységek pontos leírását a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz. fejezete Műszaki leírás tartalmazza.