
INDICATOR BIOLOGIC PENTRU VERIFICAREA STERILIZARII CU ABUR

I.D.: 47427611

Data publicarii	19.06.20	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	750,00 RON - 750,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Descriere: Indicatorii Biologici sunt teste biologice de verificare a eficacitatii sterilizarii cu abur (121°C-137°C). Fiola contine un sistem complet autonom cu indicator biologic, indicator chimic pentru abur, mediu de cultura si indicator de PH. Testul contine spori bacterieni de *Bacillus stearothermophilus* (E6). Timpul de incubare, pana la validarea rezultatului sterilizarii pentru abur este de 24 ore la 55°C-60°C. Ambalare: cutie cu 50 de fiole de plastic Perioada de valabilitate: 24 de luni de la data fabricarii
