

## Microscopae chirurgicale ORL

I.D.: 57401244

---

Data publicarii	28.05.21	Coduri CPV	38510000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 04.06.21

---

Descriere: 1. Microscop pentru chirurgia laringiana: - rezolutie 3D/4K pentru vizualizarea in profunzime a campului operator; - 2 posturi binoculare, cu posibilitatea de inclinare in intervalul 0-180° C, si distanta reglabila pentru operatorul principal si pentru asistent; - focalizare automata si manuala; - functiile de manevrare, pozitionare, focalizare, control intensitate lumina, trebuie sa fie atat la nivelul manerelor si a panoului de comanda dar si la nivelul pedalei; - trebuie sa aiba suport video si sa asigure transmitere video, wireless; - trebuie sa aiba minim 2 monitoare; - trebuie sa aiba inclusa o unitate laser CO2 cu putere pe tesut reglabila; - trebuie sa aiba emisia continua, minim in intervalul 1-40 W; - trebuie sa aiba minim urmatoarele moduri de lucru: coagulare, incizie, vaporizare; - trebuie sa aiba minim urmatoarele moduri de expunere: emisie continua, impuls single, impuls repetat. 2. Microscop pentru chirurgia urechii: - rezolutie 3D/4K pentru vizualizarea in profunzime a campului operator; - 2 posturi binoculare, cu posibilitatea de inclinare in intervalul 0-180° C, si cu distanta reglabila pentru operatorul principal si pentru asistent; - focalizare automata si manuala; - functiile de manevrare, pozitionare, focalizare, control intensitate lumina, trebuie sa fie atat la nivelul manerelor si a panoului de comanda dar si la nivelul pedalei; - trebuie sa aiba suport video si sa asigure transmitere video, wireless; - trebuie sa aiba minim 2 monitoare.

---