
Cuveta testare PT compatibila cu analizorul de coagulare HEMOCHRON SIGNATURE

I.D.: 48697978

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.08.20 | Coduri CPV | 33696200-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 4.500,00 RON - 4.500,00 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Masoara timpul de protrombina (PT); Compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature; Utilizeza ca proba sange proaspat integral, maxim 50 µl, din care maxim 15 µl pentru testul efectiv; Sunt ambalate individual si sigilate; Data valabilitatii se regaseste imprimata pe ambalajul individual; Depozitarea la frigider (2-8 grade C) sau la temperatura camerei (15-30 grade C) - valabilitatea modificandu-se conform specificatiilor producatorului; Cuveta are un orificiu de aplicare a probei, zona de supraplin, canal de test care contine toti reactivii necesari, canal de reziduuri inclus si ferestre pentru detectie optica; Contin reactiv uscat de tromboplastina, stabilizator si solutii tampon; Realizeza automat conversia PT-ului in INR. Impachetare: 45 cuvete/cutie
