
Indicator biologic cu mediu de cultura inclus pentru Ethilen Oxid

I.D.: 38903793

Data publicarii	04.10.19	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 550,00 RON - 550,00 RON

Descriere: Indicatorul biologic pentru verificarea sterilizarii cu Ethilen Oxid -fiola cu spori de Bacillus atrophaeus trebuie sa fie incubata la 37 gr.C pentru nu mai mult de 48 de ore dupa expunere si rezultatele trebuie sa fie citite la fiecare 12 ore .Daca sporii supravietuiesc ciclului de sterilizare ,mediul de cultura devine galben (pozitiv). Daca sporii sunt anihilati ,mediul de cultura va ramane la culoarea originala de rosu . Dimensiune fiola : 50 mm x 10 mm ; Pachetizare : 100 fiole /cut ; Valabilitate :24 de luni de la data productiei ; Producator: STERIS CORPORATION / BROWNE - ANGLIA
