

Constatare tehnica si remediere defectiuni la echipamente medicale pentru colonoscopie

I.D.: 30026360

Data publicarii 06.08.18

Coduri CPV

50421000-2

Termenul limita
pentru
depunere: 08.08.18

Descriere: Constatare tehnica si remediere defectiuni la colonoscopul Pentax model EC-380FK2p/G121557 care prezinta test de etanseitate pozitiv. Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere/mentenenta si instalare/punere in functiune valabila pentru echipamentul medical mai sus mentionat
