

---

## **Kit Ziehl-Neelsen micobacterii, produs original Bio-Optica / Italia**

I.D.: 83987713

---

Data publicarii	28.06.23	Coduri CPV	33651500-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 557,00 RON - 557,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Kit Ziehl-Neelsen micobacterii, produs original Bio-Optica / Italia Timp de procedura : 12 min ; Valabilitate : 2 ani ; Depozitare : 15 - 25 °C reactivi : A) Soluție de carbol fuchsin 500 ml, B) solutie decolorare 2 x 500 ml, C) solutie albastru de metilen 500 ml, Metoda 1) Puneți pe frotiu reactivul A timp de 10 minute, 2) Spălați în apa de la robinet.3) Adăugați pe frotiu reactivul B timp de 1 minut, 4) Spălați-l în apă de la robinet.5) Puneți pe frotiu reactivul C pentru 30 secunde.6) Spălați în apa de la robinet.7) Deshidratați prin alcoolii în ascensiune, curățați în xilen și montați. Rezultate Bacilul lui Koch și alte elemente rezistente ... Roșu Fundal ... Albastru

---