
TEST BOWIE DICK STRIP PENTRU DISPOZITIV HELIX PCD

I.D.: 70751263

Data publicarii	29.06.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 55,00 RON - 55,00 RON

Descriere: Testul Bowie Dick espte conceput pentru a fi utilizat în sistemul Helix-PCD pentru evaluarea eliminării aerului și a pătrunderii aburului la sterilizatoarele cu abur asistate cu vid. Condiții: Ciclu Bowie-Dick: 3,5 minute, 134 °C. Proiectat conform standardelor ISO ale Sistemului de Management al Calității 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. ISO 11140-1:2014. Clasificarea produselor Clasa 1, in functie de risc. Caracteristici Indicator chimic de tip 2. Banda autoadeziva imprimata cu cerneala indicatoare. Dimensiune: 76 x 6 mm, 10 benzi pe foaie. Dimensiune: 80 x 98,5 mm. Culoare initiala: albastru Culoare finală: gri închis/negru 100% fără metale grele toxice Notă: Dacă 4 bare se schimbă la culoarea finală, rezultatul este de succes sterilizatorul funcționează corect. Dacă una sau mai multe bare nu s-au îndreptat către culoarea finală, aceasta arată o eșec în penetrarea agentului de sterilizare, prin urmare o defecțiune a echipamentului. Termen de valabilitate: 5 ani Ambalare 250 de benzi în foi a câte 10 unități / cutie declaratie de conformitate PERT AFISAT / PACHET CU 250 TESTE
