

---

## Plasma control abnormal 10X1ML

I.D.: 88876396

---

Data publicarii	30.10.23	Coduri CPV	33141624-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 600,00 RON - 600,00 RON

---

Descriere: Plasma umana folosita in controlul de calitate al testelor de coagulare, atat cele de screening cat si cele de coagulare, utilizand un control patologic standardizat esential in monitorizarea terapiei cu anticoagulante orale si injectabile precum si modificarile testelor de coagulare, recomandata pentru un program complet de control de calitate avand valori moderat crescute ale timpilor pentru PT si APTT Kitul sa contina prospectul cu valorile tinta si intervalele de acceptabilitate (+/- 2 SD) pentru toate testele de coagulare pentru analizorul automat decoagulare aflat in dotarea laboratorului . Stabilitate dupa deschidere: 8 ore la 2-8o C sau 4 saptamani la -20 o C. Ambalare : 10x1ml

---