

Achiziția publică de autoclav în cadrul proiectului "Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești de gestionare a crizei sanitare COVID-19"

I.D.: 64756288

Documente participare:

- Caiet_de_sarcini.pdf
- Formulare_autoclav_rev_0.docx
- FisaDate_DF1134372.pdf
- Model_contract.pdf
- DUAE_CERERE_153641.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 31.12.21 | Coduri CPV | 33191110-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 04.02.22 | Pretul estimativ: | 35.000,00 RON - 35.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Produsele solicitate sunt următoarele: Autoclav 1 Buc. Notă: 1. Echipamentele medicale vor fi noi; Nu se acceptă second hand sau refurbished. 2. Data de livrare specificată în tabel, respectiv maxim 30 zile, înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul / echipamentul este instalat și funcționează la parametrii agreeți și acceptați de autoritatea contractantă (prin procese-verbale de recepție și punere în funcțiune). 3. Durata de livrare de maxim 30 de zile include și perioada de acceptare a autorității contractante, respectiv realizarea recepțiilor cantitativă, calitativă, punere în funcțiune și recepția serviciilor de instruire. 4. Având în vedere că durata de livrare este factor de evaluare, durata asumată și declarată de ofertanți prin propunerea tehnică va fi respectată. 5. Să existe posibilitatea achiziționării de pe piață a pieselor de schimb și a consumabilelor originale, necesare funcționării echipamentului medical pe întreaga durată de viață a acestuia. 6. Ofertanții vor include în oferta de preț valoarea consumabilelor care vor fi asigurate pentru efectuarea testelor/ probelor la punerea în funcțiune a echipamentelor și la instruirea personalului, acolo unde este cazul. Produsul trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin perioada solicitată, respectiv minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune a echipamentului. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.1) din fișa de date, respectiv 21 zile.
