

Teste rapide AMEDA SARS-CoV-2 / Covid-19 Antigen - Individual

I.D.: 65598355

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.01.22 | Coduri CPV | 33141625-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 1.699,00 RON - 1.699,00 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: DOMENIU DE UTILIZARE Test rapid imunocromatografic pentru detecția calitativă a antigenului proteic nucleocapsidic de Coronavirus 2 al Sindromului Respirator Acut Sever (SARS-CoV-2) în probe de tampon nazo- și orofaringian uman în sprijinul diagnosticării rapide a infecțiilor cu noul Coronavirus (Covid-19). PRINCIPIU Testul se realizează prin aplicarea probei din extract în locașul probei (S) al casetei și observarea formării liniilor colorate. Antigenii proteici nucleocapsidici de SARS-CoV-2 sunt detectați prin utilizarea de anticorpi monoclonali cu sensibilitate ridicată. Proba migrează prin efect de capilaritate de-a lungul membranei. Dacă sunt prezenți în probă, antigenii de SARS-CoV-2 interacționează cu anticorpii monoclonali conjugați cu particule de aur coloidal și sunt capturați de anticorpii monoclonali secundari imobilizați în zona de test (T). O linie colorată se va forma în zona de test (T). Prezența acestei linii colorate indică un rezultat pozitiv, în timp ce absența ei indică un rezultat negativ. Ca și procedură de control, o linie colorată trebuie să apară în zona de control (C), confirmând faptul că o cantitate suficientă de probă a fost absorbită. COMPOZIȚIE Casete împachetate individual, desicant, tampoane sterile, tuburi de extracție preumplute cu soluție tampon, suport tuburi. Împachetare: Kit 25 teste Producator/Tara : AMEDA Labordiagnostik GmbH/ Austria * Producatorul AMEDA Labordiagnostik GmbH este autorizat de catre Comisia Europeana, in cadrul ul
