



Plasma control normal 10X1ML

I.D.: 71253220

Data publicarii	14.07.22	Coduri CPV	33141624-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 540,00 RON - 540,00 RON

Descriere: Plasma umana folosita in controlul de calitate al testelor de coagulare, atat cele de screening cat si cele de coagulare, utilizand un control normal standardizat esential in monitorizarea terapiei cu anticoagulante orale si injectabile precum si modificarile testelor de coagulare, recomandata pentru un program complet de control de calitate. Kitul sa contine prospectul cu valorile tinta si intervalele de acceptabilitate (+/- 2 SD) pentru toate testelete de coagulare pentru analizorul automat decoagulare aflat in dotarea laboratorului . Stabilitate dupa deschidere: 8 ore la 2-8o C sau 4 saptamani la -20 o C. Ambalare: 10x1ml
