
Urina de control biochimie Level I , Urina de Control Biochimie Level II 1x5 MI

I.D.: 53935853

Data publicarii	02.02.21	Coduri CPV	33696200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 144,00 RON - 144,00 RON

Descriere: Urina de Control biochimie . Urina de Control Biochimie Level II 1x5 MI UTILIZAREA DESTINATA Control Biochimic pentru urina este destinat doar pentru controlul de calitate si se asigura intervale sugerate de valori acceptabile. COMPOZITIE Control Biochimic pentru Urina. Pentru 5 mL. Urina umana liofilizata continând concentratii ale componentelor potrivite pentru controlul de calitate al laboratoarelor clinice, fara conservanti care ar putea interfera cu testele. PREGATIRE SI UTILIZARE 1. Deschideti fiola cu grija, evitând orice pierdere a materialului liofilizat. 2. Pipetati exact 5 mL de apa distilata în fiola. Valorile componentelor depind de acuratetea pasului de reconstituire. 3. Închideti fiola cu opritorul si lasati sa stea 20 minute la temperatura camerei. 4. Amestecati usor, evitând formarea de spuma pentru a asigura dizolvarea completa a continutului. 5. Analizati materialul reconstituit în acelasi fel ca probele pacientilor. PASTRARE SI STABILITATE Pastrati la 2-8°C. Controlul Biochimic al urinei este stabil pâna la data de expirare de pe eticheta. Componentele materialului reconstituit sunt stabile pentru cel putin 7 zile la 2-8°C. Pentru perioade mai lungi, pastrati congelat. Evitati cicluri repetate înghetare-dezghetare.
