
Reparatie Masa de Operatie CMAX Steris

I.D.: 47428008

Data publicarii	18.06.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 21.170,00 RON - 21.170,00 RON

Descriere: Piese pentru reparatia mesei de oeparatie CMAX: - Cablu alimentare, lungime 5m - 1 buc - Acumulator masa de operatii CMAX - 2 buc - V543000813 Panou Control Miscari Override CMAX SL/TR - 1 buc - V543000842 Protectie coloana, CMAX-L column cover - 1 buc In urma inlocuirii pieselor se va efectua revizia tehnica periodica pentru masa de operatii Steris Cmax, care include: - Inspectii vizuale si calitative a sistemelor de etansare, de blocare si siguranta ale echipamentului; - Verificare accesorii; - Verificarea si intretinerea tehnica a circuitelor de alimentare electrica, a elementelor si circuitelor de automatizare si control; - Teste service de functionalitate; - Verificare erori sistem si existenta componente defecte; - Curatarea si reglarea surselor de tensiune sau curent; - Lubrifiere componenete mobile; - Verificare functionare senzori; - Inlocuire ulei hidraulic*/aducere la zero - calibrare; - Teste electrosecuritate; - Verificare functionare display. Revizia consta in verificari functionale ale dispozitivului medical conform recomandarilor date de producator si emiterea unui raport de service/buletin de verificare valabil un an. Pachetul include si uleiul hidraulic necesar efectuariipentru mese de operatie (1 buc)
