

Generator de Radiofrecventa cu cutie de adaptare a impedantei

I.D.: 24071185

Data publicarii	21.11.17	Coduri CPV	31100000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.11.17	Pretul estimativ:	57.622,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Generator de Radiofrecventa cu cutie de adaptare a impedantei si transport. Cod CPV principal corespunzator obiectului achizitiei: 31100000-7 Domeniu de utilizare: alimentarea surselor de plasma, initierea si mentinerea descarcarilor in gaze. Specificatii tehnice componente sistem • Generator RF • Frecventa de operare: 13.56 MHz. • Putere maxima la iesire: 600 W • Putere minima la iesire: 6 W • Putere reflectata maxima: 200 W • Impedanta: 50 Ohm • Posibilitate de functionare in pulsuri • Conector la iesire: mufa BNC mama • Control de la panou cat si prin interfata RS232 • Ecran incorporat pentru control si status • Alimentare 220 V • Racire cu aer • Dimensiuni maxime: 88mm x 483 mm x 500 mm • Montare in rack de 50cm • Greutate maxima 20kg. • Cutie de adaptare a impedantei inclusa • Accesorii si consumabile Echipamentul trebuie sa fie livrat cu: -cabluri de conexiune generator-cutie de adaptare a impedantei. -cabluri de alimentare generator si cutie de adaptare a impedantei -manual de utilizare PREZENTAREA OFERTEI - Cerintele tehnice solicitate sunt minimale si obligatorii. Neindeplinirea uneia sau a mai multor cerinte tehnice conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. - Ofertantul va face dovada experientei similare pentru instalarea, punerea in functiune, instruirea operatorilor, asigurarea perioadei de garantie. - In oferta tehnica, fiecare specificatie tehnica va trebui sustinuta cu extrase din brosură echipamentului, fisele tehnice sau manualele echipamentului, documentatii elaborate de producator etc. In propunerea tehnica ofertantul nu se va limita doar la a mentiona ca echipamentul ofertat indeplineste cerintele solicitate. Propunerea tehnica va contine un comentariu articol cu articol al cerintelor solicitate si va indica documentul in care se face referire la respectarea fiecărei cerinte. **CONDITII DE LIVRARE** Toate componentele prezentate anterior sunt obligatorii. Echipamentele livrate si toate componentele, accesoriile si conexiunile lor trebuie sa fie noi, nu reconditionate si sa nu fie refuzate (neacceptate) de nici un alt potential cumparator. Furnizorul trebuie sa efectueze ambalarea produselor astfel incat sa se asigure integritatea lor in timpul manipularii, transportului in locatia sa de operare. Ambalajele trebuie marcate in conformitate cu normele internationale, iar integritatea lor trebuie asigurata in timpul manevrelor de manipulare si / sau a conditiilor meteorologice nefavorabile. Aparatul va fi insotit de : i. Declaratie de conformitate pentru produs. ii. Cartea tehnica a echipamentului, manual de utilizare si intretinere detaliat. iii. Certificat de garantie. Livrarea aparatului se face cu toate cablurile si conexiunile necesare functionarii in conform cerintelor tehnice indicate anterior, pentru rețeaua electrică din România. Echipamentul trebuie sa fie alimentat la 220-240V, 50-60 Hz.