
Indicator biologic/Indicatori biologici abur fluorescenta rapid 3 ore Bionova BT220

I.D.: 93153586

Data publicarii	09.02.24	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 820,00 RON - 820,00 RON

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-134 C. Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 3 ore la 60 C, in incubatoarele smart cu autocitire Bionova, prin metoda de detectare fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Rezultatul este tiparit de catre dispozitivul de citire in limba romana, pentru a putea fi pastrat ca inregistrare in registrele de sterilizare Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Conformitate cu standardele EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3 si EN ISO 11138-8 in vigoare Pprezinta rapoarte de testare pentru demonstrarea timpului redus de incubare, in conformitate cu standardul EN ISO 11138-8 Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei. Ambalare: 50 fiole/cutie.
