

---

## **instalatie de apa deionizata**

I.D.: 25263064

---

Data publicarii	15.01.18	Coduri CPV	44115210-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 18.01.18

---

Descriere: Instalatie de apa deionizata solicitata de Laboratorul de Imunologie: -viteza de productie a apei pure de minim 20 litri/ora; -rezervor de stocare de minim 50 litri; -sistem de umplere automata a rezervorului; -afisarea conductivitatii apei pure obtinute; -termen de garantie a echipamentului de 1 an.

---