

---

## **Butelie de gaz de calibrare pentru analizorul OPTI CCA TS2/TS**

I.D.: 47065738

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.06.20 | Coduri CPV | 33140000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 1.600,00 RON - 1.600,00 RON

---

Descriere: Recipient metalic cu amestec de gaze pentru caibrarea traseelor de gaze model OPTI CCA;  
Compozitie: CO2 - 6%; O2 - 14%; N2- Restul; Autonomie de lucru: max.90 teste/probe per bucata; Presiune: 9.7 barr

---