

---

## **Indicator biologic / indicatori biologici abur autoclav FIOLA PROMOTIE 121 / 134**

I.D.: 66571951

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.02.22 | Coduri CPV | 33198200-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 440,00 RON - 440,00 RON |
|-------------------|-------------------------|

---

Descriere: Indicator biologic / indicatori biologici abur autoclav FIOLA PROMOTIE 121 / 134 NUMAR DE REFERINTA: 574 PRET DE CATALOG: 4,40 RON / Unitate de masura UNITATE DE MASURA: FIOLA COD SI DENUMIRE CPV: 33198200-6 Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2) DESCRIERE: INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10<sup>6</sup> - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 24 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA MOV. IN CAZ CONTRAR, CULOAREA SE VA SCHIMBA IN GALBEN. DECLARATIE DE CONFORMITATE, NR. LOT, TERMEN VALABILITATE. AMBALARE: 100 FIOLE/CUTIE PRET AFISAT / FIOLA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII PUTETI ACCESA [www.axiomed.ro](http://www.axiomed.ro) mai putin 100,00 Increase value Decrease value 4,40 440,00 \* Preturile sunt exprimate in RON fara TVA PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA

---