
Test/teste Helix PCD abur control incarcatura 7 min/134 C si 20 min/121 C

I.D.: 79299419

Data publicarii	28.02.23	Coduri CPV	38341500-2 33198200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 6.704,00 RON - 6.704,00 RON

Descriere: BTest lot control (PCD) pentru monitorizarea fiecărei sarje ce contine instrumentar canulat
Ambalare: 250 indicatori/cutie. Pachet dispozitiv+ 250 indicatori. Indicator chimic care monitorizeaza conditiile sarjei: timp, temperatura, presiunea aburului si penetrabilitatea instantanee Test autoadeziv, format din 4 bare indicatoare care isi schimba culoarea complet si uniform de la GALBEN la NEGRU la indeplinirea tuturor conditiilor de sterilizare
Testul se introduce intr-o capsula de teflon conectata la un tub de plastic rezistent la 250 utilizari. Conditii de utilizare: 7 minute la 134 C/20 minute la 120 C Se ataseaza in registrul de sterilizare ca dovada a eliberarii sarjei Pachet dispozitiv+ 250 indicatori. Termen de valabilitate: 5 ani Productie Argentina Certificat de conformitate, avizat CE, MS. VA RUGAM LA FACTURARE PASTRATI DENUMIREA INREGISTRATA IN SEAP Conform legislatiei in vigoare, documentele sa fie traduse in limba romana. Cumpararea tine loc de comanda ferma AVIZE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE TERMENUL DE VALABILITATE SA FIE DE 2 ANI DIN MOMENTUL CUMPARARII
