



## Furnizare set etilotest

I.D.: 24419476

Data publicarii	04.12.17	Coduri CPV	38500000-0
Termenul limita pentru depunere:	07.12.17	Pretul estimativ:	2.499,00 RON

Descriere: D.R.D.P. Iasi achizitioneaza un set etilotest. Aparatul de masurare trebuie sa detina aprobare de model emisa de o institutie abilitata in domeniu in conformitate cu reglementarile nationale. Caracteristici tehnice impuse: Principiul de masurare: senzor electrochimic; Domeniul de masurare: de la 0,000 mg/ L --- 4,000 mg / L Rezultatul masuratorii : in functie de concentratia detectata, rezultatul masuratorii trebuie sa apara pe afisaj cu unitatea corespunzatoare. Concentratia de etanol trebuie sa fie exprimata in mg/L; Rezultatul masuratorii sa poata fi tiparit pe hartie cu ajutorul unei imprimante portabile, cu comunicare wireless. Memorie pentru ultimele 10.000 inregistrari complete (nume,prenume,locatie,operator set etilotest,data/ora alcoolemie,etc); longevitatea acumulatorilor -pentru mai mult de 500 de teste; Timp de reactie – 5 secunde; Functie de autodiagnosticare; Acuratete  $\pm 0,005$  mg/ L; Sistemul luarii mostrei – Automat sau manual; Afisaj LCD mare si usor vizibil. Afisaj cu 4 cifre ( 3 zecimale); Indicarea nivelului bateriei; Oprire automata; Prelevare proba de respiratie in mod automat la atingerea unui volum minim de aer expirat; Conditii ambientale: -Temperatura de lucru: minim de la - 10 grade Celsius la + 50 grade Celsius maxim; -Temperatura de depozitare de la - 20 grade Celsius la + 70 grade Celsius - Accesorii aparat : - Imprimanta termica portabila care sa imprime rezultatul masuratorii si simbolul unitatii de masura utilizate; - 4 acumulatori tip AA Ni - Mh de minim 1800 mAh; - 200 mustiucuri igienice de unica folosinta cu valva de sens unic ambalate individual; - 1 mustiuc plastic pentru testarile pasive; - 10 role de hartie termica - 1 incarcator de la reteaua de alimentare 220V, 50 HZ; - 1 incarcator auto de 12 V; - Geanta pentru transport etilotest ; - Cablu de date USB pentru conectare etilotest la PC; -1CD cu software dedicat descarcarii si managementului testelor de alcoolemie; - Cablu alimentare; - Manual de utilizare in limba romana; - Documente de garantie; - Alte cerinte: Produsul sa fie nou, fabricat in anul curent sau sau cel mult in urma cu doi ani anului curent; Receptorul pentru mustiuc sa poata utiliza mustiucuri „standart” cu supapa de non – retur(opritoare); Valoarea masurata a alcoolului din aerul respirat sa fie specificata in unitati de mg/l sau in setarea apparatului de baza sa se poata converti la toate unitatile de masurare stabilite. Unitatea presetata este de mg/l ( miligrame etanol per litru de aer respirat) si rezolutia stabilita la trei zecimale. Aparatul trebuie sa detina certificat de verificare metrologica valabila. Garantia echipamentului minim: 2 ani de la data livrarii.