
Interventie service analizor de hematologie LABGEO HC10

I.D.: 83852076

Data publicarii	20.06.23	Coduri CPV	50421000-2 71632000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.900,00 RON - 1.900,00 RON

Descriere: Interventie service analizor de hematologie LABGEO HC10 Samsung - 1 revizie/an/aparat conform recomandarilor producatorilor; Operatiuni efectuate: - spalari tubulatura pentru indepartarea depunerilor de sare, demontare si curatare camere de masura pentru globule albe si globule rosii, curatare aperturi WBC si RBC, verificare circuit electric analizor, verificare parametri imprimanta, curatari de tip hard cleaning, verificare finala parametri electrici, optici si mecanici; - timp interventie - aproximativ 4-5 ore; - timp de raspuns de la solicitarea interventiei - maxim 48 de ore la sediul beneficiarului. NOTA: Piesele de schimb ce necesita inlocuire in urma unei defectiuni sau a unei constatari in momentul reviziei, nu sunt incluse in pretul ofertei si se vor achizitiona separat pe baza raportului de service.
