
INDICATORI BIOLOGICI PENTRU VERIFICAREA STERILIZARII CU ABUR

I.D.: 39808135

Data publicarii	16.05.18	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 750,00 RON - 750,00 RON

Descriere: Descriere: Indicatorii Biologici sunt teste biologice de verificare a eficacitatii sterilizarii cu abur (121°C-137°C). Fiola contine un sistem complet autonom cu indicator biologic, indicator chimic pentru abur, mediu de cultura si indicator de PH. Testul contine spori bacterieni de *Bacillus stearothermophilus* (E6). Timpul de incubare, pana la validarea rezultatului sterilizarii pentru abur este de 24 ore la 55°C-60°C. Ambalare: cutie cu 50 de fiole de plastic Perioada de valabilitate: 24 de luni de la data fabricarii
