

---

## **Test / teste Helix PCD abur control incarcatura 7 min/134 C si 20 min/121 C -PREMIUM**

I.D.: 78675157

---

Data publicarii	14.02.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Test Helix PCD pentru monitorizarea fiecărei sarje ce contine instrumentar canulat Indicator chimic care monitorizeaza conditiile sarjei: timp, temperatura, presiunea aburului si penetrabilitatea instantanee Test autoadeziv, format din 4 bare indicatoare care isi schimba culoarea complet si uniform de la GALBEN la NEGRU la indeplinirea tuturor conditiilor de sterilizare Testul se introduce intr-o capsula de teflon conectata la un tub de plastic rezistent la 250 utilizari. Conditii de utilizare: 7 minute la 134 C/20 minute la 120 C Culoarea se schimba din galben in negru Se ataseaza in registrul de sterilizare ca dovada a eliberarii sarjei Marcaj CE ; declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/2017 Conformitate standard EN ISO 11140-1, EN 867-5 Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricatiei  
Prezentare: Pachet dispozitiv+ 250 indicatori

---