

Control VSH set N+P 2 x 9 ml sau 2 x 1.5 sau 1.6 ml

I.D.: 53603729

Data publicarii 21.01.21 Coduri CPV 33696500-0 24300000-7

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: Sange de control pentru VSH. Prezentare 2 x 9 ml x 2 nivele: Normal si Patologic sau 2 x 1.5 ml Valabilitate 2-3 luni de la data livrării. LIVRARE IN 3-4 SAPTAMANI DE LA COMANDA sau conform grafic Linear ESR Control Analizoare VSH Level 1 Normal Level 2 Abnormal ERILINE AR & LENA (Linear C., Spain) 16 ± 6 mm/h 60 ± 30 mm/h THERMA NE (Linear Chemicals, Spain) 8 ± 6 mm/h 60 ± 25 mm/h LENA NE (Linear C., Spain) 17 ± 6 mm/h 55 ± 25 mm/h IRIA & THERMA (Linear Chemicals, Spain) 9 ± 7 mm/h 77 ± 25 mm/h Becton Dickinson SEDIsystem GenII V.3 –Sedi-15 8 ± 7 mm/h 85 ± 43 mm/h DIESSE/MENARINI Ves-matic 10 11 ± 10 mm/h 75 ± 40 mm/h DIESSE/MENARINI Ves-matic 20 11 ± 10 mm/h 73 ± 40 mm/h DIESSE/MENARINI Ves-matic 30 10 ± 8 mm/h 83 ± 46 mm/h SARSTED SediPlus S100, S200 & S2000 8 ± 7 mm/h 45 ± 29 mm/h CLINICAL DATA Exyte 10 10 ± 9 mm/h 60 ± 34 mm/h CLINICAL DATA Exyte 40 10 ± 9 mm/h 65 ± 35 mm/h Visual-Sed Rack 10 ± 9 mm/h 35 ± 22 mm/h Westergren (Modified) 11 ± 10 mm/h 40 ± 28 mm/h Valorile preconizate sunt corectate la 18°C conform tabelului Manley si sunt valabile numai pentru lotul 59231. Pentru alte loturi sunt cu caracter informativ. Pastrarea controalelor la 2-8°C Date productie si valabilitate: 28/03 27/06 26/09 19/12 Certificare: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, Certificat de analiza, Declaratie de Conformitate Pentru analizoare LINEAR CHEMICALS(IRIA, LENA, LENA NE, ERILINE, THERMA, THERMA NE, Prezentare 2 x 1.5 ml pretul este