

Estimarea valorii contractului de furnizare "Pompa de vid pentru sistemul de filtrare" necesar pentru Compartimentul Microbiologie apa.

I.D.: 73608875

Data publicarii	30.09.22	Coduri CPV	42122450-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 04.10.22

Descriere: Consultarea pieței se organizează în vederea obținerii de informații relevante pentru determinarea valorii estimate a achiziției menționate mai sus. Specificatii tehnice produs: - se conectează pompa la distribuitorul sau la aparatul dvs. de filtrare și se plasează tubul de evacuare pentru a se scurge și se filtrează. Fară să fie nevoie de recipiente suplimentare pentru a capta lichidul rezidual. -se poate utiliza atât pe bancul de lucru, cât și în hota cu flux laminar, unde amprenta sa mică (L 20cm - L 17cm - H 22cm) vidul maxim furnizat să nu depășească 700 mbar, presiunea de vid recomandată în ISO 8199 (Calitatea apei - ghid general privind enumerarea microorganismelor după cultură). -Un punct critic în laboratorul de microbiologie este decontaminarea echipamentelor. -Să fie compatibilă cu o gamă largă de decontaminanți de suprafață. -Zgomotul să fie până la 60 dB. -Performanță sigură a vidului și fac pompa să nu necesite întreținere. -Diafragma să fie fabricată din politetrafluoretilenă (PTFE) durabilă și rezistentă chimic.
