
HELICOBACTER PYLORI UREAZA DIN BIOPSIE\UREAZA TEST

I.D.: 90332430

Data publicarii	29.11.23	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

Descriere: bo 19625/20.11. Test pentru evidențierea ureazei (produsa de Helicobacter pylori) preformate in biopsia gastrica. mediul de identificare contine exclusiv uree, roșu fenol (indicator de ph), stabilizator (de preferinta, tampon fosfat) , azida de sodiu (conservant). Flacoane au volumul de 1-3 ml prevăzute cu dop , infiletat conținând 0,25-1ml mediu lichid. Pozitivarea testului ureazei poate fi apreciată în raport cu virarea culorii indicatorului de pH de la galben (pH = 5,5-6) la roșu-violaceu la aproximativ 30 minute de la imersarea biopsiei gastrice in mediu. Temperatura de depozitare a mediului : de 20-25oC. Forma de prezentare: cutii cu minimum 50 flacoane pe care se afla specificate: termenul de valabilitate si conditiile de transport si depozitare. cutie *50teste.Marcaj CE.Produs ITALIA
