

## Consumabile endoscopie interventionala

I.D.: 89220864

Documente participare:

- Anunt de publicitate.pdf

Data publicarii	13.11.23	Coduri CPV	33140000-3
Termenul limita pentru depunere:	15.11.23	Pretul estimativ:	34.360,00 RON - 34.360,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta, intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele: LOT 1 - Clipuri preincarcate de 14mm si 17mm: UF,clip de hemostaza rotabil, cu deschidere de 14/17 mm rotabil, cu lungime 2300 mm, diamteru exterior al cateterului/tecii de 2.4mm (14mm - 30buc, 17mm - 15buc) - 45 BUC; LOT 2 - Sfincterotoame triplu lumen - de unica folosinta - triplu lumen - cu fuziunea lumenelor de contrast si a ghidului in capatul distal al sfincterotomului varf rotativ pre curbat, - conic si radioopac cu markeri colorati pt masurarea sfincterotomiei - varf atraumatic de 5mm - compatibil cu fir ghid de maxim 0.035' - 450mm lungime - sarma de taiere de 20mm - lungime 200cm, pentru canal operator de min. 2.8mm - 20 BUC; LOT 3 - Fir ghid de 0.035inch, 450cm lungime - de unica folosinta - izolat electric - cu miez dintr-o singura placa de metal nitinol - cu varf atraumatic de 5cm - cu acoperire hidrofila si markeri radioopaci - firul este marcat cu dungi laterale speciale de culoare alternativ pentru un control endoscopic mai usor - lungime de 450cm cu diametru de 0.035 - 20 BUC; LOT 4 - Baloane de extractie calculi biliari 9mm/12mm: Cateter cu balon pentru îndepărtarea endoscopică a calculilor biliari având triplu lumen (lumen de injectare, lumen pentru fir ghid și lumen pentru aer). Balonul să prezinte un design special cu umeri pătrați care facilitează extracția pietrelor, realizat din latex durabil. Să fie disponibil în diferite diametre de inflație, cu dimensiuni crescânde de la 9-12mm, 12-15mm si 15-18mm; cu posibilitate de injectare a agentului de contrast deasupra balonului. Trebuie să aibă o seringă cu indicator dublu pentru inflația balonului și marker radioopac al poziției balonului. Dimensiuni cateter : 7F teaca-6F vârful /2.33 mm - 2.00 mm; Pentru ghid 0.035, Lungime de lucru: 200 cm - 5 BUC; LOT 5 - Baloane de dilatare biliara triplu lumen CRE - 10mm,11mm,12mm: UF, dimensiune cateter 7.5 Fr, pentru canal operator de 3.7 mm cu diametru de inflatie balon diferite marimi (10-11-12 mm, 12-13.5-15 mm, etc.) si lungime balon 3cm sau 5.5cm; lungime 1800mm - 5 BUC; LOT 6 - Stenturi biliare simple de plastic 7Fr, 8.5Fr, 10Fr - 9cm: UF, din plastic, cu diametru de 7Fr, 8.5Fr, 10Fr si lungimi intre de 9 cm, pentru a drena caile biliare obstructionate (7Fr - 5 buc, 8.5Fr - 5 buc, 10Fr - 10 buc) - 20 BUC. Se va trimite oferta prin e-mail in care se specifica numarul anuntului de publicitate si lotul pentru care se depune oferta, la adresa scjo.achizitii@yahoo.com, Cod Cpv: 33140000-3 Consumabile medicale pana la 15.11.2023 ora11:00. Ofertele se depun pe un singur lot, mai multe loturi sau toate loturile, cu condiția ofertării tuturor produselor din lotul respectiv. Ofertele se depun pentru toate produsele din lotul ofertat, nu se accepta ofertarea doar unor produse din lot, respectiv nu se accepta oferte parțiale, operatorul economic care va depune oferte parțiale va fi descalificat.