

Ecograf musculoscheletal

I.D.: 100996954

Data publicarii	05.08.24	Coduri CPV	33112200-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.08.24

Descriere: Ecograf musculoscheletal Descriere generala • Monitor cu diagonala de minimum 23.7 inch • Mod de vizualizare full-screen a imaginii ecografice ce nu afecteaza calitatea si rezolutia imaginii • Sistemul trebuie sa suporte urmatoarele moduri de scanare • Mod convex electronic; Mod liniar electronic; Mod sectorial electronic; • Sistemul trebuie sa aiba minim 4 porturi active pentru conectarea traductoarelor. Traductori compatibili • Traductor liniar de banda larga cu tehnologie monocristal care sa lucreze in gama minima de frecvente 4.5 - 18 MHz, cu focalizare in elevatie, pentru aplicatii vasculare, parti moi, san, musculoscheletale si pediatrice. Numar de elemente :1870 • Traductor convex 2D pentru aplicatii abdominale; tehnologie monocristal sau echivalent; frecvente de lucru minim 1.9 - 5.0 MHz; numar elemente : minim 150; camp de vizualizare : minim 110 grade. • Traductor liniar care sa lucreze in gama minima de frecvente 8.5-25 MHz, pentru aplicatii superficiale (musculoscheletale si parti moi) de inalta rezolutie; numar de elemente : minim 185; apertura de scanare : 27 mm; sa functioneze in modurile de lucru : 2D, Doppler directionabil pulsat și color, Color Power Angio (CPA), modul M și CPA direcțional.
