

---

## Indicator biologic plasma FIOLA

I.D.: 49763723

---

Data publicarii	15.09.20	Coduri CPV	33198200-6 22993200-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 733,00 RON - 733,00 RON

---

Descriere: Indicator biologic compatibil aparat de sterilizare cu plasma cu mediu de cultura inclus perioada de incubatie 24 ore contine Geobacillus stearothermophilus 10 x 6 Unitate de vanzare: 1 test DESCRIERE: Indicator biologic pentru verificarea sterilizarii la abur, bacillus stearothermophilus, fiola. TEST BIOLOGIC AUTOCLAV 132-134 FIOLA DESCRIERE: Rola termica autoclav 110mmX30m. DESCRIERE: Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 120 x 120 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Ambalare : 20 buc Valabilitate 5 ani PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA

---