

2023-KLH-VW-VgV

I.D.: 89945546

Data publicarii	27.11.23	Coduri CPV	33192300
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Der zum Einsatz kommende Visitenwagen soll geringe Standmaße haben und soll mobil auch für engere Platzverhältnisse einsetzbar sein. Eine Höhenverstellbarkeit soll den Einsatz am Patientenbett und im Stationsstützpunkt flexibler gestalten. Die optimalen Hygieneigenschaften gemäß DIN EN 14323 zu bestätigen. Der Akku muss zuverlässig, langlebig sein und es muss einen netzunabhängigen Betrieb zulassen. Zur Unterstützung der ärztlichen und pflegerischen Dokumentationsprozesse (Zugriff auf die digitale Patientenakte, Medikation und Vitaldatenerfassung) sollen mobile digitale Visitenwägen beschafft werden. Die Visitenwägen werden dabei sowohl direkt am Point-of-Care, am Patientenbett, als auch im weiteren Stationsbereich betrieben, um die täglichen Prozesse im Zuge der Patientenpflege zu optimieren. Die Visitenwägen sollen durch eine einfache, selbsterklärende und vor allem selbstverständliche alltägliche Bedienung eine effizientere und qualitativ hochwertige Arbeitsweise in der Patientendokumentation gewährleisten. Auch sollen Hygienevorgaben eingehalten werden und eine einfache tägliche Desinfizierbarkeit möglich sein.
