
Revizie Analizor de biochimie Spotchem EZ4430, SN: 51611023

I.D.: 81452377

Data publicarii	26.04.23	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.080,00 RON - 1.080,00 RON

Descriere: Revizie periodica analizor de biochimie model Spotchem EZ4430, SN: 51611023 S-au efectuat urmatoarele operatiuni: Desfasurator operatii service: • D/M capac superior, curatat si spalat elemente carcasa • Verificat, curatat lentile, tabla de reactivi, calibrat bloc optic, verificat liniaritatea • Verificat, curatat si gresat sistem pneumatic, motor tabla reactivi • Curatat, verificat si reglat modul centrifuga ROT(1) = 10000 RPM; ROT(2) = 28 pasi; F/B = 0.8 sec. • Curatat, ajustat si gresat sisteme mecanice de pipetare • Inlocuit front cover - 1 buc., WP cover - 1 buc. , protective cover - 1 buc. • Inlocuit nozzle - 1 buc. si microlyne tube assembly - 1 buc. • Efectuat teste in conditii de laborator tehnic • Ore manopera: 3 ore Toate consumabilele utilizate sunt incluse in pret (materiale intretinere, alcool izotop, ulei si vaselina siliconica, stripuri calibrare/linearitate) Garantie : 1 an daca echipamentul este utilizat in conditii corecte, conform documentatiei tehnice.
