

Teste sterilizare

I.D.: 104323116

Data publicarii	14.10.24	Coduri CPV	38341500-2 33198200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.040,00 RON - 4.040,00 RON

Descriere: Indicator integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului Se utilizeaza in fiecare pachet, punga, cos ce urmeaza a fi sterilizat In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Pe indicator sunt tiparite urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricatie, data expirare; Prezinta test la rezistometru pentru confirmarea cernelei type 5, conform cerintelor de performanta solicitate de standardul ISO 11140-1 Cernaala se schimba din galben in negru in conditiile unui proces reusit Condiitiile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Stearothermophilus Intructiuni in limba romana , despre utilizarea produsului si citirea rezultatului Grafic de schimbare a culorii pentru a identifica usor eventualele erori in procesul de sterilizare Rezultatul se poate determina si automat si trimis in orice aplicatie de trasabilitate Marcaj CE; declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/2017. Compatibil Scanner Trazanto/ Aplicatie Trazanto Lens/ Aplicatie Bionova Cloud Integrare Sistem trasabilitate Trasabil Starter Ambalare: 200 indicatori/punga.----Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu Abur 121 C-134 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu medi
