
TEST BOWIE-DICK TIP PACHET PENTRU EVALUAREA STERILIZARII CU ABUR - Informer

I.D.: 37167142

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.07.19 | Coduri CPV | 33198200-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 262,50 RON - 262,50 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: TEST BOWIE-DICK TIP PACHET PENTRU EVALUAREA STERILIZARII CU ABUR - Informer. Polonia
Pachetul de teste functionale de unica folosinta Bowie-Dick este proiectat pentru
autoclavele cu abur echipate cu sistem de vacuum. Testul Bowie-Dick se efectueaza zilnic,
inainte de a incepe ciclul de sterilizare de rutina, rezultatul obtinandu-se dupa 3,5 - 4
minute la temeparuta de 134°C si fiind usor de interpretat - culoarea indicatorilor se
schimba de la galben la negru. Testul chimic Bowie Dick este prevazut cu campuri ce contin
informatii cu privire la procesul de testare: numele spitalului, data efectuarii testului,
numarul/seria sterilizatorului, numar ciclu sterilizare, numele operatorului, rezultat test:
valid/invalid. In conformitate cu ISO 11140 - 1, EN 867 - 1, EN 867 - 4 AAMI ST
