

---

## Reparare si verificare metrologica

I.D.: 30887677

---

Data publicarii	24.09.18	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.09.18	Pretul estimativ:	1.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: 1) Reparare si verificare metrologica dupa reparare (cu emitere Buletin de Verificare Metrologica) pentru balanta analitica KERN, model ABJ220-4M, max. 220g, serie nr. WB 0850434 = 1 buc. Defectiune manifestata: Balanta afiseaza la pornire,cu platanul gol, in momentul calibrarii interne initiale, mesajul "CAL E2" si ramane blocata in aceasta stare.Conform cu manualul de operare acest mesaj are urmatoarele cauze: - Exista o greutate pe platanul balantei in timpul calibrarii. - Punctul de zero deviaza foarte mult fata de calibrare. 2) Reparare si verificare metrologica dupa reparare (cu emitere Buletin de Verificare Metrologica) pentru termobalanta ORImat, producator ORI Abwassertechnik GmbH & Co. KG, model XM310, max. 310g, serie nr. 3300295 = 1 buc. Desi se folosesc greutati etalonate, greutatea afisata pe display se modifica continuu (nu se stabilizeaza). Punctul de zero nu este stabil.

---