

Modernizare cantar bascula prin marire capacitate de la 20 tone la 60 tone

I.D.: 9590748

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii | 08.10.15 | Coduri CPV | 42923200-4 |
| Termenul limita pentru depunere: | 15.10.15 | Pretul estimativ: | 109.350,00 RON |

Descriere: Se doreste modernizarea cantarului bascula existent in dotare SCDA-Caracal de la capacitate de 20 tone la 60 tone A. SITUATIA EXISTENTA: Cantar bascula de 20 tone Lungime 5.5 m Latime 3.0 m Tip mecanic, cu parghii si cutite, afisaj tip cadran B. SITUATIA DUPA MARIREA CAPACITATII Cantar cu capacitate de 60 tone, diviziune 20 kg, afisaj digital Lungime: 18 m Latime : 3 m Inaltime : 250 mm Structura mixta metal-beton la platforma de cantarire, ofertantul va realiza structura mixta de metal-beton Ofertantul va executa fundatia catarului Tip montare: suprateran Cale rulare: beton Celule sarcina: 8 buc. a 30 tone corp de otel inoxidabil cu grad de protectie minim IP68 sau echivalent, numar de diviziuni minim 3000, protectie interna, echipata cu eclatori integrati si cu punte de legatura la pamant pentru evitarea suprasarcinilor electrice Cutie de jonctiune Numar module: 3 platforme Lungime rampe: 3.5 m. Indicator digital de greutate, carcasa din otel inoxidabil, cu grad de protectie minim IP66 sau echivalent, etans la spropirea cu apa, sa dispuna de tasta de tara, ecran LED, sa permita realizarea a minim 100000 de inregistrari, conectabil la cele 8 celule de sarcina. Indicatorul digital trebuie sa permita realizarea urmatoarelor operatiuni: afisarea greutatii, totalizare, emitere de etichete si bonuri de catarire, controlul statistic si dozare. Certificare metrologica initiala Software de achizitie de date care sa perminta eliberarea tichetelor de cantarire Clasa de precizie: pentru tranzactii comerciale Montare: suprateran Cale de rulare: beton Alimentare: 220 V/50 Hz Sursa neintreruptibila de tensiune UPS putere minim 600VA/360 W Temperaturi de operare: Indicator - 10.....+ 400C Platforma - 30+ 700C Grad protectie: Indicator: minim IP 66 sau echivalent Cutie jonctiuni: minim IP 67 sau echivalent Celule sarcina: minim IP 68 sau echivalent Granomat pentru determinare umiditate si MH probe cereale Garantii: - Platform de cantarire minim 120 luni - Component electronice minim 24 luni - Cellule de sarcina 30 tone minim 60 luni