

---

## Test/Teste Bowie Dick PACHET- 121gC si 134 gC

I.D.: 94712048

---

Data  
publicarii 15.03.24

Coduri CPV

33198200-6

---

Pretul  
estimativ: 624,00 RON - 624,00 RON

---

Descriere: TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARII, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. PRETUL AFISAT/TEST BOWIE DICK PACHET (1 utilizare) mai putin

---