
Reparatie aparat de incalzit sange Barkey Plasmatherm

I.D.: 27355850

Data publicarii	12.04.18	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: repararea aparatului de incalzit sange Barkey- Plasmatherm - (afiseaza la nivelul display-ului temperatura de incalzire a sangelui superioara celei setate, senzorul de inchidere a capacului detecteaza capacul deschis in permanenta, necesita schimbarea apei din pernele de incalzire-apa tulbere, spumoasa). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere/mentenanta si punere in functiune/instalare valabila pentru echipamentul medical mai sus mentionat.
