
Pachet determinare clor liber apa potabila, Primăria Comunei Oarja, Județul Argeș

I.D.: 57210926

Data publicarii	19.05.21	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 340,00 RON - 340,00 RON

Descriere: Pachet determinare clor liber apa potabila, Primăria Comunei Oarja, Județul Argeș, conform ofertei publicate. Pachetul determinare clor liber apa potabila contine: -HI701, 1 buc Minicolorimetru pentru masurarea clorului liber din apa • Domeniul de masurare: 0,00...2,50 ppm (mg/L) • Rezolutie: 0,01 ppm (mg/L) • Acuratete: $\pm 0,03$ ppm sau 3% din citire la 25°C • Metoda chimica cu DPD • Sursa de lumina: LED, 525 nm. • Detector: fotocelula siliconica. • Alimentare: baterie AAA 1x1,5V. • Factori de mediu: Temp.0...50°C; UR max. 95% fara condens; • Dimensiuni/greutate: 81,5x61x37,5 mm/64 g Se livreaza cu 2 cuve de masura si reactivi pentru 6 determinari -HI 701-25 Reactivi pentru 25 teste clor liber, 2 buc
