
Teste sterilizarwe

I.D.: 60825048

Data publicarii 09.09.21 Coduri CPV 33198200-6 35121500-3 38341500-2

Pretul estimativ: 2.048,50 RON - 2.048,50 RON

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA --- Integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperatura. Se utilizeaza in fiecare pachet/punga/cos ce urmeaza a fi sterilizat Schimbarea culorii de la galben la negru In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Este tiparit cu urmatoarele informatii: proces, standard, tip 5, lot, data fabricatiei, data expirarii Prezinta testul la rezistometru pentru confirmarea cernelei clasa 5 Conditiiile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Atropheaus Certificat de calitate si testare pe fiecare lot in parte Cutie 200 buc Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei Fabricat in Argentina Instructiuni de utilizare in limba romana ----Sigilii plastic de unica folosinta pentru sterilizare cu abur 121 C-134 C; - Utilizate pentru sigilarea truselor container la sterilizarea cu abur. - Confectionate din plastic rezistent la actiuni termice; - Grosimea de maximum 3mm ,iar lungimea acestuia 30mm in pozitia inchis (sigilat) -In conformitate cu standardul EN ISO 11140-1 type 1 -Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei -----Rola etichete 500 buc cu indicator pentru sterilizarea cu abur la 134 C 3.5 minute sau 121 C 15 minute. Etichetele sunt dublu adezive pentru a putea fi , initial, lipite pe fiecare puna, pachet, necesar a fi identificat in procesul de ste
